

**TT-THERMO KING**

Stacja Serwisowa Białystok

Jeżewo Stare 1

16-080 TYKOCIN

ŚWIADECTWO SPRAWDZENIA
Test certificate**TT-Thermo King Sp. z o.o.**
Stacja Serwisowa Białystok
16-080 Tykocin
Jeżewo Stare 1
tel.: +48 85 871 06 40
fax: +48 85 871 06 47**Numer:** 099/BI/2016
*Number***Przedstawiono przez:** TT-Thermo King sp. z o.o.
*Submitted by***Obiekt kalibracji:** TKDL-SPR SN: T01986
*Calibration object*nr identyfikacyjny: SLX E-300 30/5001240981
*identification number***Środek transportu:** NACZEPA VIN: WSM00000005111546nr identyfikacyjny: WWY 2549P
*identification number***Układ badawczy:**
*Test structure*miernik: TES-1318 nr seryjny: 070214523
*measurer serial no.*moduł pomiarowy: TES-1318 nr seryjny: 070214523
*measure unit serial no.*czujnik temperatury: PP-50-16000-6-3-4-250 nr seryjny: 389
*temperature sensor serial no.***Wykonawca badań:** ŁUKASZ ŁAPIŃSKI
*Test performer***Wyniki sprawdzenia:**
Test results

	Temperatura zmierzona wzorcem roboczym <i>Model temperature</i> [°C]	Temperatura zmierzona przyrządem badanym <i>Temperature recorder</i> [°C]	Błąd wskazania <i>error</i> [°C]
Sensor 1	+5,0	+5,1	+0,1
	-20,0	-19,8	+0,2
Sensor 2	+5,0	+4,8	-0,2
	-20,0	-20,2	-0,2

Dokładność układu pomiarowego: 0,2 °C
*Test structure precision***Data i miejsce badania:** TYKOCIN, 2016-07-25
*Place and test date***Następne sprawdzenie do dnia:** za rok (12 miesięcy)
Next test until**TT-Thermo King Sp. z o.o.**
Stacja Serwisowa Białystok
16-080 Tykocin
Jeżewo Stare 1
tel.: +48 85 871 06 40
fax: +48 85 871 06 47**Piotr Zalewski**Kierownik Zespołu Badawczego
Test team leader